

\*\*2019年2月改訂(第3版)

\*\* 認証番号 230AABZX00033000

\*2016年4月改訂(第2版)

機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 ビデオ軟性大腸鏡 JMDNコード: 36117000

(ビデオ軟性S字結腸鏡 JMDNコード: 17664000)

\*\* 特定保守管理医療機器

**\*\* 「電子内視鏡 EC-6600R」の付属品**  
Jチューブ JT-500

---

**【形状・構造及び原理等】**

本製品は、当社内視鏡で、取扱説明書の「付録」章に消耗品としてJチューブ JT-500が記載されている機種に使用すること。

\*\* 適用内視鏡: LGコネクタにウォータージェットロのある内視鏡  
スコープ

オートクレーブ: 可

本製品は、未滅菌である。  
(用時滅菌品)

**\*\* 【使用上の注意】**

**<使用注意>**

**1. 準備と点検**

(1) 本製品が故障するなど不測の事態に備えて、使用前に本製品の予備を用意すること。内視鏡手技を継続できない場合がある。

**2. 使用方法**

(1) 本製品の使用方法は、使用する内視鏡の取扱説明書を参照すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

**<有効期間>**

本製品の有効期限は未使用の場合3年間とする。

「自己認証(当社データ)による」

本製品は、消耗品である。

使用前点検の結果、必要がある場合は新品と交換すること。

**\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL: 0120-771669

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL: 03-6419-8033

FW943A-6 202B1223504B

1902-3.0-FM